



# 校准报告

## CALIBRATION REPORT



报告编号: 185606759

第 1 页, 共 3 页  
Page 1 of 3 Pages

客户名称 : 深圳天圆数码科技有限公司  
Name of Customer

客户地址 : 深圳市福田区彩田南路海鹰大厦16D  
Address of Customer

计量器具名称: USB温度记录仪  
Name of Instrument

器具用途 : \_\_\_\_\_  
Use of Instrument

型号/规格 : TempU02  
Type/Specification

出厂编号 : TZ1803002717  
Serial No

资产编号 : \_\_\_\_\_  
Asset No

制造单位 : 深圳天圆数码科技有限公司  
Manufacturer

校准依据 : JJG205-2005 机械式温湿度计 JJF1076-2001 湿度传感器校准规范  
Calibrated in Accordance to JJF1171-2007 温度巡回检测仪校准规范

(校准专用章)  
Stamp



校准日期 : 2018 年 06 月 01 日  
Operation Date Year Month Day

建议复校日期: 2019 年 05 月 31 日  
Suggested Recal.Date Year Month Day

批准人 : 许莹(副所长)  
Authorized by

签名 : 许莹  
Signature

核验员 : 蔡如儿  
Checked by

校准员 : 欧阳君君  
Calibrated by





校准报告  
CALIBRATION REPORT

报告编号: 185606759  
Report No

第 2 页, 共 3 页  
Page 2 of 3 Pages

校准用主要计量标准装置信息  
Main Standard Devices Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准考核证书号 Certificate No	有效期至 Due Date
-----	-----	-----	-----	-----

校准用主要标准器信息  
Main Standards of Measurement Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	设备编号 Equipment No	证书号 Certificate No	有效期至 Due Date
精密铂电阻	-40℃~+100℃	$U=0.04^{\circ}\text{C}, k=2$	SB3358/01	175506504	2018-06-13

附加说明  
Appended Directions

委托日期: 2018 年 05 月 30 日  
Application Date  
校准地点: 本院湿度实验室(Humidity Lab.)  
Operation Location  
环境条件: 温度 25 ℃ 相对湿度 61 %  
Operation Environment  
符合性及限制使用说明: 参见校准结果使用(Used refer to the calibration results)  
Statement of Compliance and Limitation



校准报告  
CALIBRATION REPORT

报告编号: 185606759  
Report No

第 3 页, 共 3 页  
Page 3 of 3 Pages

校准结果  
Results of Calibration

I. 温度校准结果 Calibration Results of Temperature:

标准值 Reference Value (°C)	被校仪器示值 Measured Value (°C)	示值误差 Error (°C)
15.2	15.3	+0.1
20.2	20.3	+0.1
30.0	30.0	0.0

Notes:

1. 测量结果的扩展不确定度(The Expanded Uncertainty of Results):  
温度  $U=0.8^{\circ}\text{C}$ ,  $k=2$ 。

